



0004/MCSM-SM/1/2020

Kutno, dnia 08.12.2020 r.

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Z DNIA 02.12.2020 r.**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności pn. „Dostawa wyposażenia i sprzętu na potrzeby utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku Pielęgniarstwo” – znak „0004/MCSM-SM/1/2020”

Zamawiający, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, informuje, iż wpłynęły następujące zapytania:

Pytania dotyczące Części 3 – Dostawa podstawowego sprzętu medycznego i mebli medycznych do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych:

Pozycja nr 11: ZESTAW MEBLI MEDYCZNYCH – SALA PIEŁĘGNIARSKA-SALA WYSOKIEJ WIERNOŚCI.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki wiszącej jednodrzwiowej z jedną półką o wymiarach szerokość 60 cm głębokość 30 cm, wysokość 60 cm?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki wiszącej jednodrzwiowej z jedną półką o wymiarach szerokość 60 cm głębokość 30 cm, wysokość 60 cm: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający odnośnie 2 szt. Szafek o szerokości wymaga dostawy dwóch szafek jednodrzwiowych z półką o wymiarach szerokość 60 cm, głębokość 60 cm?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający odnośnie 2 szt. Szafek o szerokości wymaga dostawy dwóch szafek jednodrzwiowych z półką o wymiarach szerokość 60 cm, głębokość 60 cm: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki dolnej których wysokość wraz z blatem o grubości 38 mm wynosi 890 mm?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki dolnej których wysokość wraz z blatem o grubości 38 mm wynosi 890 mm: TAK



Pytanie:

Prosimy o wskazanie czy którakolwiek z szafek/szaf w zabudowie winna być wyposażona w zamek?

Odpowiedź:

Prosimy o wskazanie czy którakolwiek z szafek/szaf w zabudowie winna być wyposażona w zamek:
NIE

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble wykonane w technologii stelaża aluminiowego w wypełnieniu z płyty meblowej o poniższych parametrach:

Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia :

1.1 Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)

1.2 Deklaracji zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej 93/42 EWG z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym produkcji i instalacji produktów medycznych.

1.3 W przypadku gdy taki jest wymóg Zamawiającego - dotyczy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami) deklarację zgodności wraz informacją o dokonaniu takiego wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia.

Meble o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonane z aluminium. Poszczególne szafki stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów innych niż profile aluminiowe). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a następnie lakierowane farbami proszkowymi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL.

Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych melaminowanych w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 120 do 150 mm wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).

Blaty robocze o grubości min. 28 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące.

Miejsca wbudowanych zlewów i umywalek ze stali kwasoodpornej wypolerowane, gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą



uszczelnione odpowiednią listwą z tworzywa. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna

Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.

Drzwi wykonane z płyty meblowej laminowanej odznaczające się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące lub oszklone wykonane ze szkła osadzonego w ramie metalowej. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U.

Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej farbami proszkowymi. Ilość szuflad, wymiary użytkowe i rodzaj materiału z jakiego mają być wykonane określa specyfikacja asortymentowo –techniczna. Szuflada na całym obwodzie wyposażona w technologicznie konstruowane gniazda lub szczeliny (również w elemencie frontowym) umożliwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych pozwalających na podział wewnętrzny szuflady zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika

Zawiasy do drzwi wysokiej jakości , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. wyposażone w mechanizm samo domykania .

Półki w szafkach z regulacją skokową max co 40 mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. Półki ze stali ocynkowanej lakierowanej farbami proszkowymi lub płycinowe oklejane laminatem. Rodzaj zastosowanych półek określa specyfikacja asortymentowo-techniczna . Wsporniki półek osadzone w metalowych rastrach z wytłoczonymi gniazdami. Rastrowane listwy mocowane do boków szaf i szafek. Wyklucza się mocowanie półki na kołkach metalowych lub z tworzywa osadzonych bezpośrednio w boku szafy. Wsporniki wyposażone w gumowe wibroizolatory.

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble wykonane w technologii stelaża aluminiowego w wypełnieniu z płyty meblowej o poniższych parametrach: TAK

Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia :

1.1 Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)

1.2 Deklaracji zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej 93/42 EWG z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym produkcji i instalacji produktów medycznych.

1.3 W przypadku gdy taki jest wymóg Zamawiającego - dotyczy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami) deklarację zgodności wraz informacją o dokonaniu takiego wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia.



Meble o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonane z aluminium. Poszczególne szafki stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów innych niż profile aluminiowe). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a następnie lakierowane farbami proszkowymi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL.

Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych melaminowanych w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 120 do 150 mm wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).

Błaty robocze o grubości min. 28 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące.

Miejsca wbudowanych zlewów i umywalek ze stali kwasoodpornej wypolerowane, gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi. Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągle na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią listwą z tworzywa. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.

Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.

Drzwi wykonane z płyty meblowej laminowanej odznaczające się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące lub oszklone wykonane ze szkła osadzonego w ramie metalowej. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U.

Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej farbami proszkowymi. Ilość szuflad, wymiary użytkowe i rodzaj materiału z jakiego mają być wykonane określa specyfikacja asortymentowo –techniczna. Szuflada na całym obwodzie wyposażona w technologicznie konstruowane gniazda lub szczeliny (również w elemencie frontowym) umożliwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych pozwalających na podział wewnętrzny szuflady zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika.

Zawiasy do drzwi wysokiej jakości , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. wyposażone w mechanizm samo domykania .

Półki w szafkach z regulacją skokową max co 40 mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. Półki ze stali ocynkowanej lakierowanej farbami proszkowymi lub pływowe oklejane laminatem. Rodzaj zastosowanych półek określa specyfikacja asortymentowo-techniczna . Wsporniki półek osadzone w metalowych rastrach z wytłoczonymi gniazdami. Rastrowane listwy mocowane do boków szaf i szafek. Wyklucza się mocowanie półki na kołkach metalowych lub z tworzywa osadzonych bezpośrednio w boku szafy. Wsporniki wyposażone w gumowe wibroizolatory.



Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble w poniższej technologii:

Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia

- 1.1 Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)
- 1.2 Deklaracji zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej 93/42 EWG z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym produkcji i instalacji produktów medycznych.
- 1.3 W przypadku gdy taki jest wymóg Zamawiającego - dotyczy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami) deklarację zgodności wraz informacją o dokonaniu takiego wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia.

W celu potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu oraz mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem oferty Oferenta. Dla wyrobów standardowych katalogi potwierdzające iż oferowane wyroby są przedmiotem oferty a dla wyrobów niestandardowych opracowane rysunki lub foldery.

Meble o konstrukcji płycinowej w całości (łącznie z plecami) wykonane z płyty meblowej dwustronnie MELAMINOWANEJ o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660 kg/m³. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia Zamawiającym

Meble posadowione na metalowych nóżkach związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości min. 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).

Błaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie z certyfikatem bakteriostatyczności lub równoważnym.

Błaty robocze o grubości min. 28 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące.

Miejsca wbudowanych zlewów i umywalek ze stali kwasoodpornej wypolerowane, gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągle na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią listwą z tworzywa. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.

Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.

Drzwi wykonane z płyty meblowej laminowanej odznaczającego się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące lub oszkłone wykonane ze szkła osadzonego w ramie metalowej . Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U.



Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego wykonane Z PŁYTY WIÓROWEJ MELAMINOWANEJ. Ilość szuflad, wymiary użytkowe i rodzaj materiału z jakiego mają być wykonane określa specyfikacja asortymentowo –techniczna. Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika

Zawiasy do drzwi wysokiej jakości , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. wyposażone w mechanizm samo domykania .

Półki w szafkach z regulacją skokową max. co 40mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki.

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble w poniższej technologii: TAK

Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia

- 1.1 Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)
- 1.2 Deklaracji zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej 93/42 EWG z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym produkcji i instalacji produktów medycznych.
- 1.3 W przypadku gdy taki jest wymóg Zamawiającego - dotyczy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami) deklarację zgodności wraz informacją o dokonaniu takiego wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia.

W celu potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu oraz mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem oferty Oferenta. Dla wyrobów standardowych katalogi potwierdzające iż oferowane wyroby są przedmiotem oferty a dla wyrobów niestandardowych opracowane rysunki lub foldery.

Meble o konstrukcji płycinowej w całości (łącznie z plecami) wykonane z płyty meblowej dwustronnie MELAMINOWANEJ o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660 kg/m³. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia Zamawiającym

Meble posadowione na metalowych nóżkach związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości min. 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).

Błaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie z certyfikatem bakteriostatyczności lub równoważnym.

Błaty robocze o grubości min. 28 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące.



Miejsca wbudowanych zlewów i umywalek ze stali kwasoodpornej wypolerowane, gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi. Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągle na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią listwą z tworzywa. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.

Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.

Drzwi wykonane z płyty meblowej laminowanej odznaczającego się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące lub oszkłone wykonane ze szkła osadzonego w ramie metalowej. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U.

Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego wykonane z PŁYTY WIÓROWEJ MELAMINOWANEJ. Ilość szuflad, wymiary użytkowe i rodzaj materiału z jakiego mają być wykonane określa specyfikacja asortymentowo –techniczna. Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika

Zawiasy do drzwi wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. wyposażone w mechanizm samo domykania.

Półki w szafkach z regulacją skokową max. co 40mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw mebli wykonanych z wysokiej jakości płyty melaminowanej o grubości 18 mm o najwyższej klasie higieniczności o poniższych parametrach:

- 4 szt. Szafka wisząca jednodrzwiowa o wymiarach szerokość 600 mm, głębokość 340 mm, wysokość 600 mm wyposażone w dwie półki.
- 1 szt. Szafka dolna jednodrzwiowa zlewozmywakowa o wymiarach szer. 600 mm, głębokość 600 mm, wysokość 860 mm
- 2 szt. Szafka dolna jednodrzwiowa o wymiarach szer. 600 mm, głębokość 600 mm, wysokość 860 mm.

Szafki pod wspólnym blatem o długości 180 cm, z wbudowanym zlewozmywakiem oraz baterią zlewozmywakową.

- 1 szt. Szafka dolna wyposażona w trzy szuflady o wymiarach szer. 600 mm, głębokość 600 mm, wysokość 860 mm, oddzielny blat, mobilna.

Szafa dwudrzwiowa z 4 półkami o wymiarach wysokość 1890 mm, szerokość 800 mm, głębokość 355 mm.

Kolorystyka mebli – korpus i fronty – biały lub grafit, blat – grafit lub dąb jasny.

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw mebli wykonanych z wysokiej jakości płyty melaminowanej o grubości 18 mm o najwyższej klasie higieniczności o poniższych parametrach:

TAK

- 4 szt. Szafka wisząca jednodrzwiowa o wymiarach szerokość 600 mm, głębokość 340 mm, wysokość 600 mm wyposażone w dwie półki.
- 1 szt. Szafka dolna jednodrzwiowa zlewozmywakowa o wymiarach szer. 600 mm, głębokość 600 mm, wysokość 860 mm
- 2 szt. Szafka dolna jednodrzwiowa o wymiarach szer. 600 mm, głębokość 600 mm, wysokość 860 mm.



Szafki pod wspólnym blatem o długości 180 cm, z wbudowanym zlewozmywakiem oraz baterią zlewozmywakową.

- 1 szt. Szafka dolna wyposażona w trzy szuflady o wymiarach szer. 600 mm, głębokość 600 mm, wysokość 860 mm, oddzielny blat, mobilna.

Szafa dwudrzwiowa z 4 półkami o wymiarach wysokość 1890 mm, szerokość 800 mm, głębokość 355 mm.

Kolorystyka mebli – korpus i fronty – biały lub grafit, blat – grafit lub dąb jasny.

Pozycja nr 12: ZESTAW WYPOSAŻENIA BIUROWEGO

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, z uwagi na długość - blat grubości 36 mm, łączony w połowie długości, na 8 nogach – aluminiowych o średnicy 6 cm?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, z uwagi na długość - blat grubości 36 mm, łączony w połowie długości, na 8 nogach – aluminiowych o średnicy 6 cm: TAK

Pytanie:

Prosimy o podanie wymaganej wysokości blatu?

Odpowiedź:

Prosimy o podanie wymaganej wysokości blatu: ZAMAWIAJĄCY NIE PRECYZUJE

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania blat składający się z dwóch osobnych stołów na stelażu metalowym o profilu 30x30, rama pod blatem o profilu 40x20, blat z płyty o grubości 18 mm, stoły o wysokości 72,8 cm, głębokości 75 cm, szerokość 170 cm?

Kolor blatu do wyboru przez Zamawiającego: Biały 6458 PE, Grafit U164 PE, Brzoza D9420BS, Orzech D1925BS, Dąb Amber K006SN.

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania blat składający się z dwóch osobnych stołów na stelażu metalowym o profilu 30x30, rama pod blatem o profilu 40x20, blat z płyty o grubości 18 mm, stoły o wysokości 72,8 cm, głębokości 75 cm, szerokość 170 cm. Kolor blatu do wyboru przez Zamawiającego: Białe 6458 PE, Grafit U164 PE, Brzoza D9420BS, Orzech D1925BS, Dąb Amber K006SN: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble wykonane w technologii stelaża aluminiowego w wypełnieniu z płyty meblowej o poniższych parametrach:

Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia :



- 1.1 Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)
- 1.2 Deklaracji zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej 93/42 EWG z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym produkcji i instalacji produktów medycznych.
- 1.3 W przypadku gdy taki jest wymóg Zamawiającego - dotyczy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami) deklarację zgodności wraz informacją o dokonaniu takiego wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia.

Meble o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonane z aluminium. Poszczególne szafki stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów innych niż profile aluminiowe). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a następnie lakierowane farbami proszkowymi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL.

Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych melaminowanych w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników.

Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble wykonane w technologii stelaża aluminiowego w wypełnieniu z płyty meblowej o poniższych parametrach: TAK

Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia :

- 1.1. Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)
- 1.2. Deklaracji zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej 93/42 EWG z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym produkcji i instalacji produktów medycznych.
- 1.3. W przypadku gdy taki jest wymóg Zamawiającego - dotyczy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami) deklarację zgodności wraz informacją o dokonaniu takiego wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia.

Meble o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonane z aluminium. Poszczególne szafki stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów innych niż profile aluminiowe). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a następnie lakierowane farbami proszkowymi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL.

Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych melaminowanych w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników.



Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble w poniższej technologii:

Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia

- 1.1 Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)
- 1.2 Deklaracji zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej 93/42 EWG z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym produkcji i instalacji produktów medycznych.
- 1.3 W przypadku gdy taki jest wymóg Zamawiającego - dotyczy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami) deklarację zgodności wraz informacją o dokonaniu takiego wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia.

Meble o konstrukcji płycinowej w całości (łącznie z plecami) wykonane z płyty meblowej dwustronnie MELAMINOWANEJ o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660 kg/m³. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia Zamawiającym .

Blaty robocze o grubości min. 28 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące.

Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble w poniższej technologii: TAK

Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia

- 1.1 Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)
- 1.2 Deklaracji zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej 93/42 EWG z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym produkcji i instalacji produktów medycznych.
- 1.3 W przypadku gdy taki jest wymóg Zamawiającego - dotyczy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami) deklarację zgodności wraz informacją o dokonaniu takiego wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia.



Meble o konstrukcji płycinowej w całości (łącznie z plecami) wykonane z płyty meblowej dwustronnie MELAMINOWANEJ o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660 kg/m³. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia Zamawiającym .

Błaty robocze o grubości min. 28 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące.

Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.

Pozycja nr 46: ZESTAW MEBLI DO STANOWISKA KOMPUTEROWEGO

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania biurko wyposażone w regulatory poziomu, z blendą z płyty meblowej o grubości 18 mm, o wymiarach szerokość 120 cm, głębokość 70cm wysokość 73,5 cm, kolor blatu o grubości 25 mm do wyboru przez Zamawiającego: Białe 6458 PE, Grafit U164 PE, Brzoza D9420BS, Orzech D1925BS, Dąb Amber K006SN?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania biurko wyposażone w regulatory poziomu, z blendą z płyty meblowej o grubości 18 mm, o wymiarach szerokość 120 cm, głębokość 70cm wysokość 73,5 cm, kolor blatu o grubości 25 mm do wyboru przez Zamawiającego: Białe 6458 PE, Grafit U164 PE, Brzoza D9420BS, Orzech D1925BS, Dąb Amber K006SN: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania biurko na nogach metalowych z regulatorami poziomu o profilu 50x30 mm z blendą o grubości 18 mm oraz blatem z płyty meblowej o grubości 25 mm, o wymiarach szerokość 120 cm, głębokość 70cm wysokość 73,5 cm, kolor płyty do wyboru przez Zamawiającego: Białe 6458 PE, Grafit U164 PE, Brzoza D9420BS, Orzech D1925BS, Dąb Amber K006SN?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania biurko na nogach metalowych z regulatorami poziomu o profilu 50x30 mm z blendą o grubości 18 mm oraz blatem z płyty meblowej o grubości 25 mm, o wymiarach szerokość 120 cm, głębokość 70cm wysokość 73,5 cm, kolor płyty do wyboru przez Zamawiającego: Białe 6458 PE, Grafit U164 PE, Brzoza D9420BS, Orzech D1925BS, Dąb Amber K006SN: TAK

Pytanie:

Czy biurko ma być wyposażone z wysuwaną półką na klawiaturę montowaną pod blatem ?

Odpowiedź:

Czy biurko ma być wyposażone z wysuwaną półką na klawiaturę montowaną pod blatem: NIE



Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble wykonane w technologii stelaża aluminiowego w wypełnieniu z płyty meblowej o poniższych parametrach:

Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia :

Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)

Deklaracji zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej 93/42 EWG z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym produkcji i instalacji produktów medycznych.

W przypadku gdy taki jest wymóg Zamawiającego - dotyczy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami) deklarację zgodności wraz informacją o dokonaniu takiego wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia.

Meble o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Poszczególne szafki stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów innych niż profile aluminiowe). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a następnie lakierowane farbami proszkowymi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL.

Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych melaminowanych w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników.

Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 120 do 150 mm wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).

Błaty robocze o grubości min. 28 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące.

Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble wykonane w technologii stelaża aluminiowego w wypełnieniu z płyty meblowej o poniższych parametrach: TAK

Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia :

Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)



Deklaracji zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej 93/42 EWG z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym produkcji i instalacji produktów medycznych.

W przypadku gdy taki jest wymóg Zamawiającego - dotyczy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami) deklarację zgodności wraz informacją o dokonaniu takiego wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia.

Meble o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonane z aluminium. Poszczególne szafki stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów innych niż profile aluminiowe). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a następnie lakierowane farbami proszkowymi. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL.

Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych melaminowanych w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników.

Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 120 do 150 mm wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).

Blaty robocze o grubości min. 28 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące.

Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble w poniższej technologii:

Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia

Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)

Deklaracji zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej 93/42 EWG z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym produkcji i instalacji produktów medycznych.

W przypadku gdy taki jest wymóg Zamawiającego - dotyczy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami) deklarację zgodności wraz informacją o dokonaniu takiego wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia.

Meble o konstrukcji płycinowej w całości (łącznie z plecami) wykonane z płyty meblowej dwustronnie MELAMINOWANEJ o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660 kg/m³. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia Zamawiającym .



Meble posadowione na metalowych nóżkach związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości min. 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).

Blaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie z certyfikatem bakteriostatyczności lub równoważnym.

Blaty robocze o grubości min. 28 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble w poniższej technologii: TAK

Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia

Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych)

Deklaracji zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej 93/42 EWG z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym produkcji i instalacji produktów medycznych.

W przypadku gdy taki jest wymóg Zamawiającego - dotyczy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 roku (Dz. U. Nr 107 poz. 697 ze zmianami) deklarację zgodności wraz informacją o dokonaniu takiego wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub potwierdzeniem dokonania takiego zgłoszenia.

Meble o konstrukcji płycinowej w całości (łącznie z plecami) wykonane z płyty meblowej dwustronnie MELAMINOWANEJ o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660 kg/m³. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia Zamawiającym .

Meble posadowione na metalowych nóżkach związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości min. 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).

Blaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie z certyfikatem bakteriostatyczności lub równoważnym.

Blaty robocze o grubości min. 28 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.

Pozycja nr 45: KOZETKA LEKARSKA

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską z regulacją kąta pochylenia zagłówka za pomocą mechanizmu zapadkowego?



Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę lekarską z regulacją kąta pochylenia zagłówka za pomocą mechanizmu zapadkowego: TAK

Pozycja nr 51: DEFIBRYLATOR AUTOMATYCZNY TRENINGOWY AED

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator automatyczny treningowy AED bez funkcjonalności: Po umieszczeniu elektrod i w trakcie użytkowania, urządzenie wysyłające powiadomienia na e-mail za pośrednictwem menadżera programu do zarządzania defibrylatorami AED ale z transmisją przez bezprzewodowy sygnał podczerwony ?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator automatyczny treningowy AED bez funkcjonalności: Po umieszczeniu elektrod i w trakcie użytkowania, urządzenie wysyłające powiadomienia na e-mail za pośrednictwem menadżera programu do zarządzania defibrylatorami AED ale z transmisją przez bezprzewodowy sygnał podczerwony: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator automatyczny treningowy AED z wizualnymi i dźwiękowymi wskaźnikami wskazującymi stan gotowości systemu (urządzenia i baterii) ale bez wskaźnika elektrod ?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator automatyczny treningowy AED z wizualnymi i dźwiękowymi wskaźnikami wskazującymi stan gotowości systemu (urządzenia i baterii) ale bez wskaźnika elektrod: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator automatyczny treningowy AED wyposażony w ładowalny akumulator o czasie pracy do 4 godzin (w komplecie z ładowarką) ?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator automatyczny treningowy AED wyposażony w ładowalny akumulator o czasie pracy do 4 godzin (w komplecie z ładowarką): TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator automatyczny treningowy AED bez określania liczby zdarzeń i metronomu RKO ale z ustawieniami technologii cprMAX: Wstępna RKO, RKO przed impulsem i analizą potwierdzającą ?



Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator automatyczny treningowy AED bez określania liczby zdarzeń i metronomu RKO ale z ustawieniami technologii cprMAX: Wstępna RKO, RKO przed impulsem i analizą potwierdzającą: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator automatyczny treningowy AED bez funkcji sprawdzanie oddechu wł/wył ale z wykrywaniem ruchu – włącza lub wyłącza symulację i kontrolą oznak życia ?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator automatyczny treningowy AED bez funkcji sprawdzanie oddechu wł/wył ale z wykrywaniem ruchu – włącza lub wyłącza symulację i kontrolą oznak życia: TAK

Pozycja nr 54: STANOWISKO DO INIEKCJI

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stanowisko do pobierania krwi o poniższych parametrach:

- *Konstrukcja nośna wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, zabezpieczonej antykorozyjnie.*
- *Cztery tworzywowe nóżki gwarantujące brak przesuwania się fotela po powierzchni podłogi.*
- *Siedzisko, oparcie pleców, podłokietniki pokryte wysoce odpornym na uszkodzenia oraz dezynfekcję materiałem tapicerskim.*
- *Możliwość wyboru tapicerki z palety 20 kolorów*
- *Podłokietniki z regulacją wysokości oraz regulacją kąta odchylenia*
- *Długość: 780 mm*
- *Szerokość: 810 mm*
- *Wysokość: 860 mm*
- *Szerokość podstawy: 680 mm*
- *Długość podstawy: 760 mm*
- *Dopuszczalne obciążenie: 120 kg*

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stanowisko do pobierania krwi o poniższych parametrach: TAK

- *Konstrukcja nośna wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, zabezpieczonej antykorozyjnie.*
- *Cztery tworzywowe nóżki gwarantujące brak przesuwania się fotela po powierzchni podłogi.*
- *Siedzisko, oparcie pleców, podłokietniki pokryte wysoce odpornym na uszkodzenia oraz dezynfekcję materiałem tapicerskim.*
- *Możliwość wyboru tapicerki z palety 20 kolorów*
- *Podłokietniki z regulacją wysokości oraz regulacją kąta odchylenia*
- *Długość: 780 mm*
- *Szerokość: 810 mm*
- *Wysokość: 860 mm*



- Szerokość podstawy: 680 mm
- Długość podstawy: 760 mm
- Dopuszczalne obciążenie: 120 kg

Pozycja nr 61: WÓZEK TRANSPORTOWY

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy o poniższych parametrach:

- Konstrukcja wózka wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV
- Długość całkowita: 2070 mm
- Szerokość całkowita: 800 mm
- Wymiary całkowite leża: 1850 x 590 mm
- Regulacja wysokości leża hydrauliczna w zakresie od 560 do 960 mm za pomocą obustronnej dźwigni nożnej
- Reg. Pozycji Trendelenburga ok. 18 st. i anty – Trendelenburga ok. 10 st. Za pomocą sprężyny gazowej z blokadą
- Leże dwusegmentowe wypełnione płytą HPL przezierną dla promieni RTG, pokryte odejmowanym materacem o gr. 40 mm w kolorze czarnym
- Materac o gr. 40 mm-wykonany z nieprzemakalnej tkaniny odpornej na dezynfekcję oraz uszkodzenia mechaniczne posiadający atest higieniczny
- Leże zabezpieczone przed uderzeniami za pomocą 4 krążków odbojowych jednoosiowych
- Wózek wyposażony w chromowane poręcze do prowadzenia wózka
- Bariery boczne chromowane- składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku o wysokości 19 cm i długości 1000 mm
- Regulacja segmentu pleców do 65 st. za pomocą sprężyny gazowej
- Pod leżem tunel na kasetę RTG
- Wózek o otwartej konstrukcji podwozia, wózek wyposażony w metalowy kosz na podręczne rzeczy pacjenta oraz uchwyt na butle z tlenem łatwy w utrzymaniu w czystości
- 4 koła jezdne o średnicy 150 mm, wykonane z tworzywa z blokadą centralną i kierunkową. Dźwignie blokady oznaczone kolorystycznie
- Bezpiecznie obciążenie robocze 170 kg

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy o poniższych parametrach: TAK

- Konstrukcja wózka wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV
- Długość całkowita: 2070 mm
- Szerokość całkowita: 800 mm
- Wymiary całkowite leża: 1850 x 590 mm
- Regulacja wysokości leża hydrauliczna w zakresie od 560 do 960 mm za pomocą obustronnej dźwigni nożnej
- Reg. Pozycji Trendelenburga ok. 18 st. i anty – Trendelenburga ok. 10 st. Za pomocą sprężyny gazowej z blokadą
- Leże dwusegmentowe wypełnione płytą HPL przezierną dla promieni RTG, pokryte odejmowanym materacem o gr. 40 mm w kolorze czarnym
- Materac o gr. 40 mm-wykonany z nieprzemakalnej tkaniny odpornej na dezynfekcję oraz uszkodzenia mechaniczne posiadający atest higieniczny
- Leże zabezpieczone przed uderzeniami za pomocą 4 krążków odbojowych jednoosiowych
- Wózek wyposażony w chromowane poręcze do prowadzenia wózka



- *Barierki boczne chromowane- składane wzdłuż ramy leżą za pomocą jednego przycisku o wysokości 19 cm i długości 1000 mm*
- *Regulacja segmentu pleców do 65 st. za pomocą sprężyny gazowej*
- *Pod leżem tunel na kasety RTG*
- *Wózek o otwartej konstrukcji podwozia, wózek wyposażony w metalowy kosz na podręczne rzeczy pacjenta oraz uchwyt na butle z tlenem łatwy w utrzymaniu w czystości*
- *4 koła jezdne o średnicy 150 mm, wykonane z tworzywa z blokadą centralną i kierunkową. Dźwignie blokady oznaczone kolorystycznie*
- *Bezpiecznie obciążenie robocze 170 kg*

Pozycja nr 62: WÓZEK INWALIDZKI

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści wózek inwalidzki bez tylnej kieszonki co zwiększa jego stabilność?

Odpowiedź:

Czy zamawiający dopuści wózek inwalidzki bez tylnej kieszonki co zwiększa jego stabilność:

TAK

Pozycja nr 64: ZESTAW SPRZĘTU DO PIELĘGNACJI I HIGIENY PACJENTÓW – Wózek kąpielowy

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wózek kąpielowy opisany poniżej?

Hydrauliczny wózek prysznicowy.

Konstrukcja z rur stalowych, lakierowana proszkowo w celu ochrony przed korozją.

Platforma materaca z funkcją umieszczenia pod kątem 90° w pozycji bocznej co umożliwia łatwe czyszczenie i dezynfekcję po użyciu.

Wymiary zewnętrzne: dł. 2050 x szer. 800mm.

Platforma materaca: dł. 1900 x szer. 665 mm.

Regulacja wysokości w zakresie: 480-870mm.

Rama leży wyposażona w 4 kółka odbojowe umieszczone w narożnikach zabezpieczające zarówno wózek jak i ściany przed uszkodzeniami.

Cztery koła o Ø 125 mm z blokadą indywidualną.

Stałe szczyty głowy i stóp.

Barierki boczne z systemem otwierania i zamykania.

Wbudowane dreny i wąż odpływowy.

Materac z poduszką wykonany z wodoodpornego materiału PVC.

Maksymalne obciążenie: 200 kg

Waga: 95 kg

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści wózek kąpielowy opisany poniżej: TAK

Hydrauliczny wózek prysznicowy.

Konstrukcja z rur stalowych, lakierowana proszkowo w celu ochrony przed korozją.



Platforma materaca z funkcją umieszczenia pod kątem 90° w pozycji bocznej co umożliwia łatwe czyszczenie i dezynfekcję po użyciu.

Wymiary zewnętrzne: dł. 2050 x szer. 800mm.

Platforma materaca: dł. 1900 x szer. 665 mm.

Regulacja wysokości w zakresie: 480-870mm.

Rama leża wyposażona w 4 kółka odbojowe umieszczone w narożnikach zabezpieczające zarówno wózek jak i ściany przed uszkodzeniami.

Cztery koła o Ø 125 mm z blokadą indywidualną.

Stałe szczyty głowy i stóp.

Barierki boczne z systemem otwierania i zamykania.

Wbudowane dreny i wąż odpływowy.

Materac z poduszką wykonany z wodoodpornego materiału PVC.

Maksymalne obciążenie: 200 kg

Waga: 95 kg

Pozycja nr 39: POMPA STRZYKAWKOWA

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści pompę z zakresem szybkości infuzji 0,01-2000 ml/h

Rozdzielczość:

Od 0,01 ml/h do 99,00 ml/h, co 0,01 ml/h

Od 100 ml/h do 999,9 ml/h, co 0,1 ml/h

Powyżej 1000 ml/h, co 1 ml/h

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści pompę z zakresem szybkości infuzji 0,01-2000 ml/h

Rozdzielczość:

Od 0,01 ml/h do 99,00 ml/h, co 0,01 ml/h

Od 100 ml/h do 999,9 ml/h, co 0,1 ml/h

Powyżej 1000 ml/h, co 1 ml/h

TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści pompę z regulowaną szybkością dozowania dawki uderzeniowej BOLUS w zakresie 0,01-2000 ml/h

Rozdzielczość:

Od 0,01 ml/h do 99,99 ml/h, co 0,01 ml/h

Od 100 ml/h do 999,9 ml/h, co 0,1 ml/h

Powyżej 1000 ml/h, co 1 ml/h

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści pompę z regulowaną szybkością dozowania dawki uderzeniowej BOLUS w zakresie 0,01-2000 ml/h

Rozdzielczość:

Od 0,01 ml/h do 99,99 ml/h, co 0,01 ml/h

Od 100 ml/h do 999,9 ml/h, co 0,1 ml/h

Powyżej 1000 ml/h, co 1 ml/h

TAK



Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści pompę z programowaną objętością infuzji w zakresie 0,1-20000 ml
Rozdzielczość:

Od 0,1 ml do 99,99 ml, co 0,01 ml

Od 100 ml do 999,9 ml, co 0,1 ml

Od 1000 ml do 20000 ml, co 1 ml

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści pompę z programowaną objętością infuzji w zakresie 0,1-20000 ml
Rozdzielczość:

Od 0,1 ml do 99,99 ml, co 0,01 ml

Od 100 ml do 999,9 ml, co 0,1 ml

Od 1000 ml do 20000 ml, co 1 ml

TAK

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy infuzyjnej z trybem stand-by w zakresie od 1 min do 23h59min z programowaniem co 1 minutę.

Odpowiedź:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy infuzyjnej z trybem stand-by w zakresie od 1 min do 23h59min z programowaniem co 1 minutę: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści pompę bez alarmu ciągłego. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści pompę bez alarmu ciągłego. Pozostałe parametry bez zmian: TAK

Pozycja nr 40: POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści pompę z zakresem szybkości w zakresie 0,1-1200 ml/h

Rozdzielczość:

Od 0,1 ml/h do 99,99 ml/h, co 0,01 ml/h

Od 100 ml/h do 999,9 ml/h, co 0,1 ml/h

Powyżej 1000 ml/h, co 1 ml/h

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści pompę z zakresem szybkości w zakresie 0,1-1200 ml/h

Rozdzielczość:

Od 0,1 ml/h do 99,99 ml/h, co 0,01 ml/h

Od 100 ml/h do 999,9 ml/h, co 0,1 ml/h

Powyżej 1000 ml/h, co 1 ml/h

TAK



Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści pompę z regulowaną szybkością dozowania dawki uderzeniowej BOLUS w zakresie 0,1-1200 ml/h

Od 0,1 ml/h do 99,99 ml/h, co 0,01 ml/h

Od 100 ml/h do 999,9 ml/h, co 0,1 ml/h

Powyżej 1000 ml/h, co 1 ml/h

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści pompę z regulowaną szybkością dozowania dawki uderzeniowej BOLUS w zakresie 0,1-1200 ml/h

Od 0,1 ml/h do 99,99 ml/h, co 0,01 ml/h

Od 100 ml/h do 999,9 ml/h, co 0,1 ml/h

Powyżej 1000 ml/h, co 1 ml/h

TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści pompę z objętością infuzji w zakresie 0,1-20000 ml

Rozdzielczość:

Od 0,1 ml do 99,99 ml, co 0,01 ml

Od 100 ml do 999,9 ml, co 0,1 ml

Powyżej 1000 ml, co 1 ml

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści pompę z objętością infuzji w zakresie 0,1-20000 ml

Rozdzielczość:

Od 0,1 ml do 99,99 ml, co 0,01 ml

Od 100 ml do 999,9 ml, co 0,1 ml

Powyżej 1000 ml, co 1 ml

TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści pompę z ustawianiem wartości ciśnienia okluzji-12 poziomów w zakresie 75-900 mmHg co 75 mmHg

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści pompę z ustawianiem wartości ciśnienia okluzji-12 poziomów w zakresie 75-900 mmHg co 75 mmHg: TAK

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy infuzyjnej z trybem stand-by w zakresie od 1 min do 23h59min z programowaniem co 1 minutę.

Odpowiedź:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy infuzyjnej z trybem stand-by w zakresie od 1 min do 23h59min z programowaniem co 1 minutę: TAK



Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści pompę bez alarmu ciągłego. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści pompę bez alarmu ciągłego. Pozostałe parametry bez zmian: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści pompę z uchwytem umożliwiającym zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej kompatybilnej z zaoferowaną pompą. Stacja MD to nazwa własna.

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści pompę z uchwytem umożliwiającym zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej kompatybilnej z zaoferowaną pompą. Stacja MD to nazwa własna: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści zestawy bez DEHP oraz lateksu kompatybilne z zaoferowaną pompą. Nazwa Uni-ascoset to nazwa własna konkretnego modelu zestawu konkretnego wykonawcy.

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści zestawy bez DEHP oraz lateksu kompatybilne z zaoferowaną pompą: TAK

Pozycje nr 38 i 52: PANEL NADŁÓŻKOWY DWUSTANOWISKOWY POZIOMY

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści panel nadłóżkowy dwustanowiskowy z dwiema zintegrowanymi szynami medycznymi o długości min. 500 mm?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści panel nadłóżkowy dwustanowiskowy z dwiema zintegrowanymi szynami medycznymi o długości min. 500 mm: TAK

Pozycja nr 47 i 55: LAMPA ZABIEGOWA

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o lepszych parametrach i poniższym opisie:

- *Lampa Badawczo-Zabiegowa, ze statywem na pięciu kółkach, z gęsią szyją, bezcieniowa.*
- *Wielkość plamki świetlnej: 16,5 cm przy odległości 1 m.*
- *Natężenie oświetlenia: 70 000 lux - przy 50 cm, - 30 000 lux - przy 100 cm*
- *Współczynnik oddawania barw Ra 93%*
- *Współczynnik oddawania barw R9 93%*
- *Źródło światła: diody LED*
- *Żywotność źródeł światła 60.000 godzin*



Zużycie prądu: 15W

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o lepszych parametrach i poniższym opisie: TAK

- Lampa Badawczo-Zabiegowa, ze statywem na pięciu kółkach, z gęsią szyją, bezcieniowa.
- Wielkość plamki świetlnej: 16,5 cm przy odległości 1 m.
- Natężenie oświetlenia: 70 000 lux - przy 50 cm, - 30 000 lux - przy 100 cm
- Współczynnik oddawania barw Ra 93%
- Współczynnik oddawania barw R9 93%
- Źródło światła: diody LED
- Żywotność źródeł światła 60.000 godzin

Zużycie prądu: 15W

Pozycja nr 64: ZESTAW SPRZĘTU DO PIELEGNACJI I HIGIENY PACJENTÓW - Podnośnik

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści podnośnik z czterema kołami o średnicy 100 mm?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści podnośnik z czterema kołami o średnicy 100 mm: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści podnośnik z przedziałem podnoszenia w zakresie 580-1680 mm?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści podnośnik z przedziałem podnoszenia w zakresie 580-1680 mm: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści podnośnik z regulacją szerokości zewnętrznej w zakresie 680-1080 mm?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści podnośnik z regulacją szerokości zewnętrznej w zakresie 680-1080 mm: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści podnośnik z regulacją szerokości wewnętrznej w zakresie 560-940 mm?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści podnośnik z regulacją szerokości wewnętrznej w zakresie 560-940 mm: TAK



Pozycja nr 63: ZESTAW DO NAUKI PRZEMIESZCZANIA PACJENTÓW

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łatwoślizg wykonany z materiału o wysokiej wytrzymałości technicznej, wysokich właściwościach ślizgowych i niskiej właściwościach tarcia w rozmiarze 180x110 cm w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łatwoślizg wykonany z materiału o wysokiej wytrzymałości technicznej, wysokich właściwościach ślizgowych i niskiej właściwościach tarcia w rozmiarze 180x110 cm w kolorze niebieskim: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści pas do podnoszenia i przemieszczania pacjenta z uchwytami i wymiarze 60x20 cm ?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści pas do podnoszenia i przemieszczania pacjenta z uchwytami i wymiarze 60x20 cm: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści deskę ślizgową z wewnętrzną sztywną powierzchnią i miękkimi bokami, z pokrowcem zewnętrznym wykonanym ze śliskiej tkaniny o bardzo niskim współczynniku tarcia o wymiarze 85x50 cm ?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści deskę ślizgową z wewnętrzną sztywną powierzchnią i miękkimi bokami, z pokrowcem zewnętrznym wykonanym ze śliskiej tkaniny o bardzo niskim współczynniku tarcia o wymiarze 85x50 cm: TAK

Pozycja nr 41: RESPIRATOR

Pytanie:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści urządzenie renomowanego europejskiego producenta firmy Weinmann model Medumat Standard A będący na wyposażeniu wielu ambulansów i szpitali w Polsce, charakteryzujący się następującymi parametrami:

- *Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z wymaganiami normy EN 794-3*
- *Respirator pneumatyczno-elektryczny – sterowanie elektroniczne pracą respiratora*
- *Respirator fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i usterek*
- *Przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od 10 kg*
- *Autotest poprawności działania wykonywany po każdym uruchomieniu respiratora*
- *Tryb wentylacji kontrolowanej IPPV*
- *Tryb wentylacji wspomaganej SIMV*



- *Elektronicznie kontrolowany stosunek wdechu do wydechu uwzględniający zmianę częstotliwości oddechowej przez użytkownika*
- *Układ pacjenta wraz z zastawką pacjenta umożliwiającą wentylację pacjenta w warunkach szpitalnych i ambulansowych*
- *Możliwość wykonania przez pacjenta oddechu spontanicznego w dowolnym momencie cyklu wentylacji*
- *System elektroniczny zapobiegający wzbudzeniu alarmu wysokiego ciśnienia w przypadku chwilowego wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych np. przy kaszlu pacjenta*
- *Wyposażony w wbudowany manometr i zastawkę ciśnieniową bezpieczeństwa regulowaną płynnie w zakresie 20-60 mbar*
- *Przepływ automatyczny do 70 l/min*
- *Zastawka PEEP dokręcana do zaworu pacjenta 0-20 cm H₂O*
- *Wentylacja 100% -tlenem i mix tlenowy ok 60 %*
- *Niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej*
- *Regulacja objętości oddechowej w zakresie 3 - 20 l/min*
- *Regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie 5 - 40 oddechów/ min.*
- *Waga respiratora ok. 1.1 kg*
- *Manometr manualny*
- *Parametry monitorowane: częstość oddechów, objętość minutowa, ciśnienie*
- *Alarmy bezpieczeństwa - optyczne i dźwiękowe: wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia, wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączy tlenowym, rozładowania baterii, alarm autotestu*
- *Zasilanie bateryjne – czas pracy baterii przynajmniej 2 lata w warunkach pracy jako respirator transportowy*
- *Przerzutnik (trigger) ≥ 6 l/min*
- *Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi spięciami*
- *Temperatura pracy w zakresie od: -18°C do + 60°C*
- *Tolerancja elektromagnetyczna zgodna z normami EN 60601-1-2i EN 794-3: Eliminacja zakłóceń wg EN 55011; Odporność na zakłócenia radiowe wg EN 61000 – 4 – 2*

Odpowiedź:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy dopuści urządzenie renomowanego europejskiego producenta firmy Weinmann model Medumat Standard A będący na wyposażeniu wielu ambulansów i szpitali w Polsce, charakteryzujący się następującymi parametrami:
TAK

- *Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu zgodny z wymaganiami normy EN 794-3*
- *Respirator pneumatyczno-elektryczny – sterowanie elektroniczne pracą respiratora*
- *Respirator fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i usterek*
- *Przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od 10 kg*
- *Autotest poprawności działania wykonywany po każdym uruchomieniu respiratora*
- *Tryb wentylacji kontrolowanej IPPV*
- *Tryb wentylacji wspomaganej SIMV*
- *Elektronicznie kontrolowany stosunek wdechu do wydechu uwzględniający zmianę częstotliwości oddechowej przez użytkownika*
- *Układ pacjenta wraz z zastawką pacjenta umożliwiającą wentylację pacjenta w warunkach szpitalnych i ambulansowych*
- *Możliwość wykonania przez pacjenta oddechu spontanicznego w dowolnym momencie cyklu wentylacji*
- *System elektroniczny zapobiegający wzbudzeniu alarmu wysokiego ciśnienia w przypadku chwilowego wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych np. przy kaszlu pacjenta*
- *Wyposażony w wbudowany manometr i zastawkę ciśnieniową bezpieczeństwa regulowaną płynnie w zakresie 20-60 mbar*
- *Przepływ automatyczny do 70 l/min*



- Zastawka PEEP dokręcana do zaworu pacjenta 0-20 cm H₂O
- Wentylacja 100% -tlenem i mix tlenowy ok 60 %
- Niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej
- Regulacja objętości oddechowej w zakresie 3 - 20 l/min
- Regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie 5 - 40 oddechów/ min.
- Waga respiratora ok. 1.1 kg
- Manometr manualny
- Parametry monitorowane: częstość oddechów, objętość minutowa, ciśnienie
- Alarmy bezpieczeństwa - optyczne i dźwiękowe: wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia, wentylacji/rozłączenia, niskiego ciśnienia tlenu na przyłączy tlenowym, rozładowania baterii, alarm autotestu
- Zasilanie bateryjne – czas pracy baterii przynajmniej 2 lata w warunkach pracy jako respirator transportowy
- Przerzutnik (trigger) ≥ 6 l/min
- Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi spięciami
- Temperatura pracy w zakresie od: -18°C do + 60°C
- Tolerancja elektromagnetyczna zgodna z normami EN 60601-1-2i EN 794-3: Eliminacja zakłóceń wg EN 55011; Odporność na zakłócenia radiowe wg EN 61000 – 4 – 2

Pozycja nr 33: ŁÓŻKO NA STANOWISKO INTENSYWNEJ TERAPII

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z platformą leża wykonaną z Polipropylenu?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z platformą leża wykonaną z Polipropylenu: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją tworzącą dodatkową przestrzeń 11cm?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją tworzącą dodatkową przestrzeń 11cm: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami o wysokości zabezpieczającej 40cm nad platformą leża?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami o wysokości zabezpieczającej 40cm nad platformą leża: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym części metalowe lakierowane są proszkowo w sposób ograniczający rozwój bakterii bez konieczności stosowania dodatku antybakteryjnego z jonami srebra?



Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym części metalowe lakierowane są proszkowo w sposób ograniczający rozwój bakterii bez konieczności stosowania dodatku antybakteryjnego z jonami srebra: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane przy pomocy panelu centralnego i pilotów w formie prostokąta dla pacjenta wbudowanych w boczne barierki (po obu stronach)?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane przy pomocy panelu centralnego i pilotów w formie prostokąta dla pacjenta wbudowanych w boczne barierki (po obu stronach): TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z diodowymi wskaźnikami zablokowanych funkcji na panelu centralnym?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z diodowymi wskaźnikami zablokowanych funkcji na panelu centralnym: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją automatycznego zatrzymania segmentu pleców pod kątem 30 stopni bez diodowego wskaźnika?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją automatycznego zatrzymania segmentu pleców pod kątem 30 stopni bez diodowego wskaźnika: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 250kg?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 250kg: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym wysięgnik ręki montowany jest w narożnikach od strony głowy?



Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym wysięgnik ręki montowany jest w narożnikach od strony głowy: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z polipropylenu z wkładkami ze stali lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z polipropylenu z wkładkami ze stali lakierowanej proszkowo: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawą ze spawanych i lakierowanych proszkowo profili stalowych?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawą ze spawanych i lakierowanych proszkowo profili stalowych: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z wizualnym, kolorystycznym wskaźnikiem niezablokowanej blokady kół, działającym przy zasilaniu sieciowym oraz akumulatorowym, bez sygnalizacji dźwiękowej?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z wizualnym, kolorystycznym wskaźnikiem niezablokowanej blokady kół, działającym przy zasilaniu sieciowym oraz akumulatorowym, bez sygnalizacji dźwiękowej: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych (z barierkami oraz bez) 223cm x 99,5cm?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych (z barierkami oraz bez) 223cm x 99,5cm: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 150mm oraz z regulacją wysokości 39,5cm – 77,5cm?



Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 150mm oraz z regulacją wysokości 39,5cm – 77,5cm: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wadze 156kg?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wadze 156kg: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z pojedynczymi kołami, blokowanymi za pomocą dźwigni wykonanych z tworzywa?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z pojedynczymi kołami, blokowanymi za pomocą dźwigni wykonanych z tworzywa: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby wszystkie segmenty leża były wypełnione panelami z tworzywa Polipropylenowego?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby wszystkie segmenty leża były wypełnione panelami z tworzywa Polipropylenowego: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby leże łóżka było oparte na dwóch kolumnach o przekroju koła?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby leże łóżka było oparte na dwóch kolumnach o przekroju koła: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby łóżko posiadało szczyt od strony głowy nieporuszający się wraz z leżem podczas regulacji wysokości czy przechyłów wzdłużnych?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby łóżko posiadało szczyt od strony głowy nieporuszający się wraz z leżem podczas regulacji wysokości czy przechyłów wzdłużnych: TAK



Pytanie:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby sterowanie łóżka posiadało przycisk aktywujący sterowanie oraz deaktywujący?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby sterowanie łóżka posiadało przycisk aktywujący sterowanie oraz deaktywujący: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby łóżko pozostawiało 10% energii w akumulatorze wyłącznie dla elektrycznej pozycji CPR tak, aby w każdej sytuacji funkcja ta była dostępna?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby łóżko pozostawiało 10% energii w akumulatorze wyłącznie dla elektrycznej pozycji CPR tak, aby w każdej sytuacji funkcja ta była dostępna: TAK

Pozycja nr 34: WÓZEK REANIMACYJNY DLA DZIECI Z WYPOSAŻENIEM
Pozycja nr 36 i 60: WÓZEK REANIMACYJNY Z WYPOSAŻENIEM

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wózek wykonany z lekkich i trwałych materiałów tj. z tworzywa poliuretanowego typu Baydur?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści wózek wykonany z lekkich i trwałych materiałów tj. z tworzywa poliuretanowego typu Baydur: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wózek z blatem roboczym, posiadającym 4 podniesione krawędzie, przytrzymujące płyn oraz dwa wytłoczone w blacie uchwyty do przetaczania?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści wózek z blatem roboczym, posiadającym 4 podniesione krawędzie, przytrzymujące płyn oraz dwa wytłoczone w blacie uchwyty do przetaczania: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wózek z szufladami zamontowanymi na tworzywowych szufladach?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści wózek z szufladami zamontowanymi na tworzywowych szufladach: TAK



Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wózek z szufladami z tworzywa z domykaniem płynnym, grawitacyjnym, zabezpieczonym przed emisją hałasu przy domykaniu?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści wózek z szufladami z tworzywa z domykaniem płynnym, grawitacyjnym, zabezpieczonym przed emisją hałasu przy domykaniu: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach: szerokość 83cm, głębokość 71,5cm, wysokość 91cm, wysokość z nadstawką 142cm?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach: szerokość 83cm, głębokość 71,5cm, wysokość 91cm, wysokość z nadstawką 142cm: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości do blatu roboczego na poziomie 91cm?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości do blatu roboczego na poziomie 91cm: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wózek z kołami wykonanymi z tworzywa, z których 3 posiadają hamulce sterowane nożnie, koła zamontowane do podstawy wózka?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści wózek z kołami wykonanymi z tworzywa, z których 3 posiadają hamulce sterowane nożnie, koła zamontowane do podstawy wózka: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wózek z szufladami o szerokości 36,5 cm i wysokości 10cm oraz z 2 szufladami o szerokości 45cm o wysokości 15cm z uchwytyami w kolorze frontów szuflad?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści wózek z szufladami o szerokości 36,5 cm i wysokości 10cm oraz z 2 szufladami o szerokości 45cm o wysokości 15cm z uchwytyami w kolorze frontów szuflad: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wózek z dwoma uchylnymi szufladkami z przezroczystego plastiku?



Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści wózek z dwoma uchylnymi szufladkami z przezroczystego plastiku: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wózek z dwoma listwami na dodatkowe akcesoria, umieszczonymi nad blatem wózka, na nadstawce?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści wózek z dwoma listwami na dodatkowe akcesoria, umieszczonymi nad blatem wózka, na nadstawce: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wózek z nadstawką z uchwytami bez regulacji wysokości, posiadającą 11 uchylnych pojemników (6 mniejszych w górnej części i 5 większych w dolnej części) ?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści wózek z nadstawką z uchwytami bez regulacji wysokości, posiadającą 11 uchylnych pojemników (6 mniejszych w górnej części i 5 większych w dolnej części): TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby wózek posiadał dodatkową szufladę, umieszczoną pod blatem roboczym z przeszklonym „oknem” umożliwiającym obserwację zawartości bez konieczności otwierania szuflady, również zamykaną blokadą centralną szuflad?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby wózek posiadał dodatkową szufladę, umieszczoną pod blatem roboczym z przeszklonym „oknem” umożliwiającym obserwację zawartości bez konieczności otwierania szuflady, również zamykaną blokadą centralną szuflad: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby wózek posiadał wytłoczony w korpusie uchwyt na butlę z tlenem oraz półkę za żel?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby wózek posiadał wytłoczony w korpusie uchwyt na butlę z tlenem oraz półkę za żel: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym wszelkie akcesoria nie wystają poza obrys (listwę odbojową) wózka?



Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym wszelkie akcesoria nie wystają poza obrys (listwę odbojową) wózka: TAK

Pozycja nr 36 i 60: WÓZEK REANIMACYJNY Z WYPOSAŻENIEM

Pytanie:

Czy Zamawiający przypadkowo wpisał zapis mówiący o szczycie wykonanym z termoformowanego tworzywa ABS w wózku reanimacyjnym?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający przypadkowo wpisał zapis mówiący o szczycie wykonanym z termoformowanego tworzywa ABS w wózku reanimacyjnym: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w dolną listwę odbojową chroniącą cały wózek, bez gumowych okrągłych odbojników?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w dolną listwę odbojową chroniącą cały wózek, bez gumowych okrągłych odbojników: TAK

Pozycja nr 53: ŁÓŻKO SZPITALNE ORTOPEDYCZNE

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem opartym na dwóch, podwójnych ramionach wznoszących?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem opartym na dwóch, podwójnych ramionach wznoszących: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi metalowymi, lakierowanymi proszkowo, podwójnymi, wskaźniki kąta nachylenia umieszczone są przy segmencie pleców oraz na ramie podpierającej segmenty leża?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi metalowymi, lakierowanymi proszkowo, podwójnymi, wskaźniki kąta nachylenia umieszczone są przy segmencie pleców oraz na ramie podpierającej segmenty leża: TAK



Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko leżem wypełnionym tworzywowymi panelami (8szt)?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko leżem wypełnionym tworzywowymi panelami (8szt): TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym części metalowe lakierowane są proszkowo?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym części metalowe lakierowane są proszkowo: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z laminatem w kolorze beżowym lub niebieskim?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z laminatem w kolorze beżowym lub niebieskim: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-35°?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-35°: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125mm?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125mm: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 370-735mm (przy kołach 125mm)?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 370-735mm (przy kołach 125mm):
TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych 2180mm x 995mm?



Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych 2180mm x 995mm: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wymiarach 2000mm x 900mm?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wymiarach 2000mm x 900mm: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z przedłużeniem leża o 150mm?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z przedłużeniem leża o 150mm: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją segmentu pleców i uda 160mm?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją segmentu pleców i uda 160mm: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wadze 135kg?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wadze 135kg: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby szczyty łóżka posiadały możliwość zablokowania na czas transportu?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby szczyty łóżka posiadały możliwość zablokowania na czas transportu: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający będzie wymagał wizualnego wskaźnika niezablokowanego hamulca centralnego?



Odpowiedź:

Czy Zamawiający będzie wymagał wizualnego wskaźnika niezablokowanego hamulca centralnego:
TAK

Pozycja nr 56: ŁÓŻKO PACJENTA DOMOWE

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane z tworzywa sztucznego: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym części metalowe lakierowane są proszkowo?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym części metalowe lakierowane są proszkowo: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający będzie wymagał łóżko posiadało funkcję autoregresji dla segmentu pleców i uda 16cm?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający będzie wymagał łóżko posiadało funkcję autoregresji dla segmentu pleców i uda 16cm: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby szczyty łóżka posiadały możliwość zablokowania na czas transportu?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby szczyty łóżka posiadały możliwość zablokowania na czas transportu: TAK

Pozycja nr 58: ZESTAW PROFILAKTYKI PRZECIWODLEŻYNOWEJ

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 200x86x18,5 cm ?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 200x86x18,5 cm: TAK



Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści materac z komorami wykonanymi z poliuretanu oraz nylonu?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści materac z komorami wykonanymi z poliuretanu oraz nylonu: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści materac pracujący w trybie naprzemiennym 1:3 w czasie trwania cyklu 10 minut?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści materac pracujący w trybie naprzemiennym 1:3 w czasie trwania cyklu 10 minut: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści materac z zaworem CPR w postaci zrywki, otwierającej przewody powietrzne?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści materac z zaworem CPR w postaci zrywki, otwierającej przewody powietrzne: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści materac z możliwością prania pokrowca w temperaturze 60°C?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści materac z możliwością prania pokrowca w temperaturze 60°C: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści materac bez torby lub dopuści możliwość zaoferowania torby innego producenta?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści materac bez torby lub dopuści możliwość zaoferowania torby innego producenta: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści materac z zużyciem energii poniżej 20Watt?



Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści materac z zużyciem energii poniżej 20Watt: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści materac bez certyfikatu dopuszczania do bezpośredniego kontaktu ze skórą, klasa wyrobu 1?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści materac bez certyfikatu dopuszczania do bezpośredniego kontaktu ze skórą, klasa wyrobu 1: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści materac bez jonów srebra?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści materac bez jonów srebra: TAK

Pozycja nr 60: WÓZEK REANIMACYJNY Z WYPOSAŻENIEM

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wózek szufladę pod blatem głównym wyposażoną w miseczkę nerkową?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści wózek szufladę pod blatem głównym wyposażoną w miseczkę nerkową: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wózek z pojemnikiem na zużyty sprzęt jednorazowy w kolorze żółtym, montowanym w blacie głównym wózka?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści wózek z pojemnikiem na zużyty sprzęt jednorazowy w kolorze żółtym, montowanym w blacie głównym wózka: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wózek z pojemnikiem na sprzęt do dezynfekcji na blacie głównym wózka?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści wózek z pojemnikiem na sprzęt do dezynfekcji na blacie głównym wózka: TAK



Pozycja nr 61: WÓZEK TRANSPORTOWY

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem wypełnionym płytą HPL (2 segmentowe) bez antybakteryjnej powłoki na bazie jonów srebra?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem wypełnionym płytą HPL (2 segmentowe) bez antybakteryjnej powłoki na bazie jonów srebra: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wózek z tworzywowymi odbojami w narożnikach?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści wózek z tworzywowymi odbojami w narożnikach: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wózek z metalowymi haczykami na akcesoria, zamontowanymi na stałe, bez konieczności stosowania uchwytów?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści wózek z metalowymi haczykami na akcesoria, zamontowanymi na stałe, bez konieczności stosowania uchwytów: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem o wymiarach 192 x 65cm?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem o wymiarach 192 x 65cm: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach całkowitych 205 x 75,5cm?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach całkowitych 205 x 75,5cm: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wózek z segmentem pleców o szerokości 65cm?



Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści wózek z segmentem pleców o szerokości 65cm: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości w zakresie 58,5 – 90,5 cm?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości w zakresie 58,5 – 90,5 cm?: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją segmentu pleców w zakresie 0-70 stopni?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją segmentu pleców w zakresie 0-70 stopni: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga +/- 12 stopni?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga +/- 12 stopni: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wózek z bezpiecznym obciążeniem roboczym 230kg, zarówno z akcesoriami jak i bez?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści wózek z bezpiecznym obciążeniem roboczym 230kg, zarówno z akcesoriami jak i bez: TAK

Pozycja nr 66: ŁÓŻKO SZPITALNE Z PRZECHYŁAMI BOCZNYMI

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwości wykonywania zdjęć poprzez wsunięcie kasety bezpośrednio pod materac lub pacjenta?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwości wykonywania zdjęć poprzez wsunięcie kasety bezpośrednio pod materac lub pacjenta: TAK



Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z miernikiem pochylenia segmentu pleców umieszczonym przy tym segmencie ?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z miernikiem pochylenia segmentu pleców umieszczonym przy tym segmencie: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane za pomocą panelu centralnego na przewodzie oraz pilota dla pacjenta przewodowego?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane za pomocą panelu centralnego na przewodzie oraz pilota dla pacjenta przewodowego: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z przedłużeniem leża o 125mm?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z przedłużeniem leża o 125mm: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z wagą najazdową?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z wagą najazdową: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2190mm, szerokością 985mm, regulacja wysokości w zakresie 430-810mm?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2190mm, szerokością 985mm, regulacja wysokości w zakresie 430-810mm: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie 0-60 stopni oraz segmentu uda 0-46 stopni?



Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie 0-60 stopni oraz segmentu uda 0-46 stopni: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją oparcia pleców oraz uda 110mm?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją oparcia pleców oraz uda 110mm: TAK

Pytanie:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby łóżko posiadało sterowanie nożne służące do regulacji przechyłów bocznych?

Odpowiedź:

Czy Zamawiający będzie wymagał aby łóżko posiadało sterowanie nożne służące do regulacji przechyłów bocznych: TAK

Zamawiający wprowadza zmiany do Załącznika nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznika nr 1A Formularz zgodności technicznej Zapytania ofertowego:

1. Część 3. – Dostawa podstawowego sprzętu medycznego i mebli medycznych do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych, Pozycja nr 40 POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA, kolumna: Charakterystyka/ opis parametrów i funkcjonalności, wiersz 30. Załącznika nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznika nr 1A Formularz zgodności technicznej do Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

„Współpraca z aparatami do przetoczeń bez wstawki silikonowej”

2. Część 3. – Dostawa podstawowego sprzętu medycznego i mebli medycznych do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych, Pozycja nr 49 PLECAK RATOWNICZY, kolumna: Charakterystyka/ opis parametrów i funkcjonalności – „V. TAMOWANIE KRWOTOKÓW I OPATRYWANIE RAN”, wiersz 1. Załącznika nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznika nr 1A Formularz zgodności technicznej do Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

„1. Zestaw opatrunkowy, opatrunki:

- 2 szt. opatrunek indywidualny typu A
- 5 szt. kompresy gazowe jałowe 9 cm x 9 cm
- 5 szt. kompresy gazowe jałowe 5 cm x 5 cm
- 2 szt. gaza opatrunkowa jałowa 1m²
- 2 szt. gaza opatrunkowa jałowa ¼ m²
- 4 szt. opaska dziana podtrzymująca 4m x 10 cm
- 8 szt. opaska dziana podtrzymująca 4m x 5 cm



- 2 szt. chustka trójkątna włókninowa
- 2 szt. chustka trójkątna z tkaniny
- 3 szt. opaska elastyczna dziana o szer. 10 cm
- 3 szt. opaska elastyczna dziana o szer. 12 cm
- 2 szt. elastyczna siatka opatrunkowa na palec 1m
- 2 szt. elastyczna siatka opatrunkowa na dłoń, palce 1m
- 2 szt. elastyczna siatka opatrunkowa na dłoń i stopę 1m
- 2 szt. elastyczna siatka opatrunkowa na kolano i głowę 1m
- 1 szt. plaster z opatrunkiem 6 cm x 1 m
- 1 szt. przylepiec tkaninowy bez opatrunku 5 cm x 5 m
- 1 szt. przylepiec hipoalergiczny bez opatrunku 5 cm x 5 m”

Ponadto w związku z wyżej wprowadzonymi zmianami do Załącznika nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznika nr 1A Formularz zgodności technicznej Zapytania ofertowego, Zamawiający wydłuża termin składania ofert na dzień 23.12.2020 r. godz. 09:00 oraz termin otwarcia 23.12.2020 r. godz. 09:30.

w Rozdziale 3 w pkt 4 Miejsce oraz termin składania ofert, ppkt. 4.1,

było:

4.1. Oferty winny być złożone (osobiście, pocztą, kurierem): Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno - w Rektoracie Uczelni, w dni i godziny urzędowania Zamawiającego, wskazane w pkt. 11.8 rozdziału 1 zapytania ofertowego lub poprzez stronę internetową: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> na której to opublikowane zostało niniejsze postępowanie, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 21.12.2020 r. do godziny 09:00.

powinno być:

4.1. Oferty winny być złożone (osobiście, pocztą, kurierem): Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno - w Rektoracie Uczelni, w dni i godziny urzędowania Zamawiającego, wskazane w pkt. 11.8 rozdziału 1 zapytania ofertowego lub poprzez stronę internetową: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> na której to opublikowane zostało niniejsze postępowanie, w nieprzekraczalnym terminie: **do dnia 23.12.2020 r. do godziny 09:00.**

w Rozdziale 3 w pkt 5 Miejsce oraz termin otwarcia ofert, ppkt. 5.1,

było:

5.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno w Rektoracie Uczelni, w dniu 21.12.2020 r. o godzinie 09:30.



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



powinno być:

5.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, ul. Lelewela 7, 99-300 Kutno w Rektoracie Uczelni, w dniu 23.12.2020 r. o godzinie 09:30.

REKTOR

dr hab. Sławomira Białobłocka

**WYŻSZA SZKOŁA
GOSPODARKI KRAJOWEJ**
99-300 Kutno, ul. Lelewela 7
tel. 24 355 83 40, 24 355 83 42
REGON 610099207 NIP 775-20-33-380